

政府采购进口产品专家论证意见

| | | | |
|--|--|------------------------|-----|
| 专家信息 | 姓名: 路婧 | | |
| | 职称: 高级工程师 | | |
| | 工作单位: 中山大学附属第六医院 | | |
| | <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家 | | |
| 一、基本情况 | | | |
| 申请单位 | 汕头市妇幼保健院 | | |
| 所属采购项目名称 | 汕头市妇幼保健院采购医疗设备项目 | 所属采购项目预算金额 (单位: 万元) | 966 |
| 进口产品名称 | 进口产品预算金额 (单位: 万元) | | |
| 超高清内窥镜摄像系统 1套 | 290 | | |
| 二、采购进口产品的主要用途 | | | |
| 腹腔镜是用于腹腔内检查和治疗的内窥镜，在完全无痛情况下应用于外科患者，可直接清楚地观察患者腹腔内情况，了解致病因素，同时对异常情况做手术治疗。 | | | |
| 三、适用情形 (勾选其中 1 项) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的： <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的； | | | |
| 属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容： | | | |
| 国产同类产品名称 | 市场价格 (单位: 万元) | | |
| 腹腔镜系统 | 180 | | |
| 四、申请理由 | | | |
| 采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述: | | | |
| (1) 必要性说明 (政策依据、工作任务等)： 1、开展更多的手术项目，吸引更多的病人就诊。 2、一些原有的手术使用腹腔镜去做可以大大提高手术进度，缩短手术时间，手术时间的缩短，可以让我们做更多的手术，同时也可降低单一手术过程中的麻醉、设备使用、人力等各种成本。 3、提高病床周转率，腹腔镜手术病人恢复快，病床周转也快，可以大大提高我科的手术量。 4、腹腔镜手术的众多优点，可以让术者在手术中更方便、精确的进行操作，提高手术的完美度，也可一定程度上降低一些手术的风险。 | | | |
| (2) 不可替代性说明 (对开展工作的实质性影响等)： 进口腹腔镜为医生提供高清手术画面，全高清画质，层次感强，有效缩短学习曲线、手术时间，具有极佳的手术效果。腹腔镜为医生提供超高清分辨率手术画面，对于细微病灶、毛细血管的识别、手术的精细化都大为有益。腹腔镜具备 CF 一类电气安全等级，适用于普 | | | |

(盖章)

外科、胸外科、妇科、泌尿科、心外科等全科室，具备高温高压灭菌工艺、防雾功能、景深大、彩色还原逼真。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

具有良好的社会效益与医疗效益结合科室手术开展情况计算，以缩短手术时间，住院时间，提高床位周转率等方面入手

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）：

国产品牌腹腔镜无法实现双镜功能。

国产品牌腹腔镜清晰度无法与进口品牌相比，术中易影响术者判断。

国产品牌腹腔镜无法进行模块化，实现同屏双镜种。

国产品牌腹腔镜无法根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

以上设备用于微创手术，进口产品在双镜功能及清晰度方面与国产同类产品相比有一定优势，建议允许进口产品参与竞争。

论证专家签字:

2023年2月20日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

政府采购进口产品专家论证意见

| | | | |
|--|--|------------------------|-----|
| 专家信息 | 姓名: 姚剑峰 | | |
| | 职称: 高级工程师 | | |
| | 工作单位: 广东省医学装备学会 | | |
| | 来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定 | | |
| | 类别: <input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家 | | |
| 一、基本情况 | | | |
| 申请单位 | 汕头市妇幼保健院 | | |
| 所属采购项目名称 | 汕头市妇幼保健院采购医疗设备项目 | 所属采购项目预算金额 (单位: 万元) | 966 |
| 进口产品名称 | 进口产品预算金额 (单位: 万元) | | |
| 超高清内窥镜摄像系统 1套 | 290 | | |
| 二、采购进口产品的主要用途 | | | |
| <p>腹腔镜是用于腹腔内检查和治疗的内窥镜，在完全无痛情况下应用于外科患者，可直接清楚地观察患者腹腔内情况，了解致病因素，同时对异常情况做手术治疗。</p> | | | |
| 三、适用情形 (勾选其中 1 项) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的： <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的； | | | |
| 属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容： | | | |
| 国产同类产品名称 | 市场价格 (单位: 万元) | | |
| 腹腔镜系统 | 180 | | |
| 四、申请理由 | | | |
| <p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述:</p> <p>(1) 必要性说明 (政策依据、工作任务等) :</p> <p>1、开展更多的手术项目，吸引更多的病人就诊。</p> <p>2、一些原有的手术使用腹腔镜去做可以大大提高手术进度，缩短手术时间，手术时间的缩短，可以让我们做更多的手术，同时也可降低单一手术过程中的麻醉、设备使用、人力等各种成本。</p> <p>3、提高病床周转率，腹腔镜手术病人恢复快，病床周转也快，可以大大提高我科的手术量。</p> <p>4、腹腔镜手术的众多优点，可以让术者在手术中更方便、精确的进行操作，提高手术的完美度，也可一定程度上降低一些手术的风险。</p> <p>(2) 不可替代性说明 (对开展工作的实质性影响等):</p> <p>进口腹腔镜为医生提供高清手术画面，全高清画质，层次感强，有效缩短学习曲线、手术时间，具有极佳的手术效果。腹腔镜为医生提供超高清分辨率手术画面，对于细微病灶、毛细血管的识别、手术的精细化都大为有益。腹腔镜具备 CF 一类电气安全等级，适用于普</p> | | | |



外科、胸外科、妇科、泌尿科、心外科等全科室，具备高温高压灭菌工艺、防雾功能、景深大、彩色还原逼真。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

具有良好的社会效应与医疗效益结合科室手术开展情况计算，以缩短手术时间，住院时间，提高床位周转率等方面入手

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）：

国产品牌腹腔镜无法实现双镜功能。

国产品牌腹腔镜清晰度无法与进口品牌相比，术中易影响术者判断。

国产品牌腹腔镜无法进行模块化，实现同屏双镜种。

国产品牌腹腔镜无法根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

该产品在动态画面亮、暗度调节、术中清
晰度等方面优于国内现有产品，且该产品可以
实现双镜功能，更加方便术者，提高效率，建议
将该产品参与招投标。

论证专家签字：孙立山

2023年2月20日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

政府采购进口产品专家论证意见

| | | | |
|--|--|------------------------|-----|
| 专家信息 | 姓名: 朱浩贤 | | |
| | 职称: 工程师 | | |
| | 工作单位: 广东药科大学附属第一医院 | | |
| | 来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定 | | |
| | 类别: <input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家 | | |
| 一、基本情况 | | | |
| 申请单位 | 汕头市妇幼保健院 | | |
| 所属采购项目名称 | 汕头市妇幼保健院采购医疗设备项目 | 所属采购项目预算金额 (单位: 万元) | 966 |
| 进口产品名称 | 进口产品预算金额 (单位: 万元) | | |
| 超高清内窥镜摄像系统 1 套 | 290 | | |
| 二、采购进口产品的主要用途 | | | |
| 腹腔镜是用于腹腔内检查和治疗的内窥镜，在完全无痛情况下应用于外科患者，可直接清楚地观察患者腹腔内情况，了解致病因素，同时对异常情况做手术治疗。 | | | |
| 三、适用情形 (勾选其中 1 项) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的； <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的； | | | |
| 属于上述第 1 项适用情形的，需填写下列内容： | | | |
| 国产同类产品名称 | 市场价格 (单位: 万元) | | |
| 腹腔镜系统 | 180 | | |
| 四、申请理由 | | | |
| 采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述： | | | |
| (1) 必要性说明 (政策依据、工作任务等) : | | | |
| 1、开展更多的手术项目，吸引更多的病人就诊。 | | | |
| 2、一些原有的手术使用腹腔镜去做可以大大提高手术进度，缩短手术时间，手术时间的缩短，可以让我们做更多的手术，同时也可降低单一手术过程中的麻醉、设备使用、人力等各种成本。 | | | |
| 3、提高病床周转率，腹腔镜手术病人恢复快，病床周转也快，可以大大提高我科的手术量。 | | | |
| 4、腹腔镜手术的众多优点，可以让术者在手术中更方便、精确的进行操作，提高手术的完美度，也可一定程度上降低一些手术的风险。 | | | |
| (2) 不可替代性说明 (对开展工作的实质性影响等) : | | | |
| 进口腹腔镜为医生提供高清手术画面，全高清画质，层次感强，有效缩短学习曲线、手术时间，具有极佳的手术效果。腹腔镜为医生提供超高清分辨率手术画面，对于细微病灶、毛细血管的识别、手术的精细化都大为有益。腹腔镜具备 CF 一类电气安全等级，适用于普 | | | |

朱浩贤

外科、胸外科、妇科、泌尿科、心外科等全科室，具备高温高压灭菌工艺、防雾功能、景深大、彩色还原逼真。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

具有良好的社会效应与医疗效益结合科室手术开展情况计算，以缩短手术时间，住院时间，提高床位周转率等方面入手

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）：

国产品牌腹腔镜无法实现双镜功能。

国产品牌腹腔镜清晰度无法与进口品牌相比，术中易影响术者判断。

国产品牌腹腔镜无法进行模块化，实现同屏双镜种。

国产品牌腹腔镜无法根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

经论证，该设备用于腹腔检查及手术，要求画质好，清晰度高，稳定性好。进口设备具有一定优势。以上设备不属于禁止进口产品，建议允许进口产品参与投标。

论证专家签字：牛鸿昌

2023年2月20日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

政府采购进口产品专家论证意见

| | | | | |
|---|--|------------------------|-----|--|
| 专家信息 | 姓名: 蒋建华 | | | |
| | 职称: 高级工程师 | | | |
| | 工作单位: 广州市妇女儿童医疗中心 | | | |
| | 来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定 | | | |
| | 类别: <input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家 | | | |
| 一、基本情况 | | | | |
| 申请单位 | 汕头市妇幼保健院 | | | |
| 所属采购项目名称 | 汕头市妇幼保健院采购医疗设备项目 | 所属采购项目预算金额 (单位: 万元) | 966 | |
| 进口产品名称 | 进口产品预算金额(单位: 万元) | | | |
| 超高清内窥镜摄像系统 1套 | 290 | | | |
| 二、采购进口产品的主要用途 | | | | |
| 腹腔镜是用于腹腔内检查和治疗的内窥镜，在完全无痛情况下应用于外科患者，可直接清楚地观察患者腹腔内情况，了解致病因素，同时对异常情况做手术治疗。 | | | | |
| 三、适用情形(勾选其中1项) | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的； <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的； | | | | |
| 属于上述第1项适用情形的，需填写下列内容： | | | | |
| 国产同类产品名称 | 市场价格(单位: 万元) | | | |
| 腹腔镜系统 | 180 | | | |
| 四、申请理由 | | | | |
| 采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述: | | | | |
| <p>(1) 必要性说明(政策依据、工作任务等) :</p> <p>1、开展更多的手术项目，吸引更多的病人就诊。</p> <p>2、一些原有的手术使用腹腔镜去做可以大大提高手术进度，缩短手术时间，手术时间的缩短，可以让我们做更多的手术，同时也可降低单一手术过程中的麻醉、设备使用、人力等各种成本。</p> <p>3、提高病床周转率，腹腔镜手术病人恢复快，病床周转也快，可以大大提高我科的手术量。</p> <p>4、腹腔镜手术的众多优点，可以让术者在手术中更方便、精确的进行操作，提高手术的完美度，也可一定程度上降低一些手术的风险。</p> <p>(2) 不可替代性说明(对开展工作的实质性影响等):</p> <p>进口腹腔镜为医生提供高清手术画面，全高清画质，层次感强，有效缩短学习曲线、手术时间，具有极佳的手术效果。腹腔镜为医生提供超高清分辨率手术画面，对于细微病灶、毛细血管的识别、手术的精细化都大为有益。腹腔镜具备 CF 一类电气安全等级，适用于普</p> | | | | |

蒋建华

外科、胸外科、妇科、泌尿科、心外科等全科室，具备高温高压灭菌工艺、防雾功能、景深大、彩色还原逼真。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

具有良好的社会效应与医疗效益结合科室手术开展情况计算，以缩短手术时间，住院时间，提高床位周转率等方面入手

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）：

国产品牌腹腔镜无法实现双镜功能。

国产品牌腹腔镜清晰度无法与进口品牌相比，术中易影响术者判断。

国产品牌腹腔镜无法进行模块化，实现同屏双镜种。

国产品牌腹腔镜无法根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

经论证认为，国产申请理由阐述详实，进口产品
高清内窥镜摄像系统在性能稳定性、技术成熟度
操作便利性、图像清晰度、图像分辨率、图像层次感
设备的耐用性及故障率等方面比国产同类产品有
明显优势。为了更好的满足用户手术需求，建议允
许进口产品参与投标。

论证专家签字：

蒋建华

2023年2月20日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

政府采购进口产品专家论证意见

| | | | |
|--|--|------------------------|-----|
| 专家信息 | 姓名: 黎粤皖 | | |
| | 职称: 律师 | | |
| | 工作单位: 广州金鹏律师事务所 | | |
| | 来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定 | | |
| | 类别: <input checked="" type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家 | | |
| 一、基本情况 | | | |
| 申请单位 | 汕头市妇幼保健院 | | |
| 所属采购项目名称 | 汕头市妇幼保健院采购医疗设备项目 | 所属采购项目预算金额 (单位: 万元) | 966 |
| 进口产品名称 | 进口产品预算金额(单位: 万元) | | |
| 超高清内窥镜摄像系统 1套 | 290 | | |
| 二、采购进口产品的主要用途 | | | |
| 腹腔镜是用于腹腔内检查和治疗的内窥镜，在完全无痛情况下应用于外科患者，可直接清楚地观察患者腹腔内情况，了解致病因素，同时对异常情况做手术治疗。 | | | |
| 三、适用情形（勾选其中1项） | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； <input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的； <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； <input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的； | | | |
| 属于上述第1项适用情形的，需填写下列内容： | | | |
| 国产同类产品名称 | 市场价格(单位: 万元) | | |
| 腹腔镜系统 | 180 | | |
| 四、申请理由 | | | |
| 采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述： | | | |
| (1) 必要性说明(政策依据、工作任务等)： | | | |
| 1、开展更多的手术项目，吸引更多的病人就诊。 | | | |
| 2、一些原有的手术使用腹腔镜去做可以大大提高手术进度，缩短手术时间，手术时间的缩短，可以让我们做更多的手术，同时也可降低单一手术过程中的麻醉、设备使用、人力等各种成本。 | | | |
| 3、提高病床周转率，腹腔镜手术病人恢复快，病床周转也快，可以大大提高我科的手术量。 | | | |
| 4、腹腔镜手术的众多优点，可以让术者在手术中更方便、精确的进行操作，提高手术的完美度，也可一定程度上降低一些手术的风险。 | | | |
| (2) 不可替代性说明(对开展工作的实质性影响等)： | | | |
| 进口腹腔镜为医生提供高清手术画面，全高清画质，层次感强，有效缩短学习曲线、手术时间，具有极佳的手术效果。腹腔镜为医生提供超高清分辨率手术画面，对于细微病灶、毛细血管的识别、手术的精细化都大为有益。腹腔镜具备 CF 一类电气安全等级，适用于普 | | | |

黎粤皖

外科、胸外科、妇科、泌尿科、心外科等全科室，具备高温高压灭菌工艺、防雾功能、景深大、彩色还原逼真。

(3) 经济性和效益性说明（市场价格是否合理经济以及预期效益等）

具有良好的社会效应与医疗效益结合科室手术开展情况计算，以缩短手术时间，住院时间，提高床位周转率等方面入手

(4) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明（第1种适用情形的，需说明）：

国产品牌腹腔镜无法实现双镜功能。

国产品牌腹腔镜清晰度无法与进口品牌相比，术中易影响术者判断。

国产品牌腹腔镜无法进行模块化，实现同屏双镜种。

国产品牌腹腔镜无法根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

五、专家论证意见（由专家手工填写）

该设备不属于国家禁止限制进口产品
目录中的产品，不属于国家法律法规
和政府条例明确规定限制进口产品。

结合医院需要，建议允许许进口进
口产品。

论证专家签字：

黎勇军

2023年2月20日

注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。

2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。

3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。